# 单一来源采购专家论证意见表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 专家姓名 | 宋磊 | 职称 | 副主任技师 |
| 工作单位 | 山东大学齐鲁第二医院 | | |
| 采购单位名称 | 山东省医学科学院 | | |
| 采购项目名称 | 山东省医学科学院脑胶质瘤精准诊疗体系多学科交叉融合设备维保服务 | | |
| 供应商名称 | 济南昆腾商贸有限公司 | | |
| 专家论证意见 | 采购项目的市场分析：拟维保设备BD流式细胞仪为精密实验室仪器，其光路、液路系统复杂，其中光电倍增管压差稳健度异常检测百分比、光电转换效率、激光延迟和线性度为大量参数只有原厂工程师可以进行调试和维保，市场其他三方公司尚无法提供上述服务，维保来源具有唯一性。 | | |
| | 提出单一来源供应商的理由：<br>拟采购的BD流式细胞仪维保具有唯一性，符合单一来源属性，为保证采购人单位相关科研工作顺利开展，建议采用单一来源采购方式从设备原厂对本项目唯一授权供应商济南昆腾商贸有限公司处进行采购。 | | |
| | 专家签字：宋磊<br>2026年10月29日 | | |

# 单一来源采购专家论证意见表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 专家姓名 | 刘勇 | 职称 | 主任技师 |
| 工作单位 | 山东大学附属儿童医院 | | |
| 采购单位名称 | 山东省医学科学院 | | |
| 采购项目名称 | 山东省医学科学院脑胶质瘤精准诊疗体系多学科交叉融合设备维保服务 | | |
| 供应商名称 | 济南昆腾商贸有限公司 | | |
| 专家论证意见 | 采购项目的市场分析：<br>山东省医学科学院脑胶质瘤精准诊疗体系多学科交叉融合设备维保服务，设备涉及精密光学系统及医疗设备，维保需具备专业技术资质及原厂培训，其他品牌公司维修人员难以完成设备维保工作，建议采购具有专业维保资质的单一来源供应商。 | | |
| | 提出单一来源供应商的理由：<br>山东省医学科学院脑胶质瘤精准诊疗体系多学科交叉融合设备维保服务，设备涉及精密光学系统及医疗设备，维保需具备专业技术资质及原厂培训，其他品牌公司维修人员难以完成设备维保工作，建议采购具有专业维保资质的单一来源供应商济南昆腾商贸有限公司采购。 | | |
| | 专家签字：<br>刘勇<br>2026年10月29日 | | |

# 单一来源采购专家论证意见表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 专家姓名 | 尹荣华 | 职称 | 副主任护师 |
| 工作单位 | 山东省立医院 | | |
| 采购单位名称 | 山东省医学科学院 | | |
| 采购项目名称 | 山东省医学科学院脑胶质瘤精准诊疗体系多学科交叉融合设备维保服务 | | |
| 供应商名称 | 济南昆腾商贸有限公司 | | |
| 专家论证意见 | 采购项目的市场分析：<br>山东省医学科学院脑胶质瘤精准诊疗体系多学科交叉融合设备维保服务项目，须与现有设备配套使用，国内同类产品无法与该设备完全匹配，属于垄断采购。 | | |
| | 提出单一来源供应商的理由：<br>济南昆腾商贸有限公司为本地区唯一授权供应商，为该设备区域代理。建议单一来源采购。 | | |
| | 专家签字：尹荣华<br>2026年10月29日 | | |